合肥市政府采购中心

合肥市妇幼保健院麻醉深度监测仪等一批设备采购更正公告

一、项目基本情况

项目编号：2021BFFHJ00015

项目名称：合肥市妇幼保健院麻醉深度监测仪等一批设备采购

首次公告日期：2021 年 01 月 07 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☑采购文件 ☐采购结果

更正内容：

谈判文件采购需求中“（三）呼吸机”的技术参数及要求调整为：

1、基本要求：

1.1 适用范围：儿童、成人。

★1.2 一体化内置涡轮机型，涡轮流速≥245L/min 匀速涡轮。

2、呼吸模式要求：

2.1 VC-CMV 容量模式 间歇正压通气。

2.2 VC-AC 容量模式 同步间歇正压通气。

2.3 VC-SIMV 容量模式 同步间歇指令通气。

2.4 VC-SIMV PS(SIMV ASB) 容量模式 同步间歇指令通气+压力支

持。

2.5 SPN-CPAP 持续气道正压。

2.6 SPN-CPAP PS(CPAP ASB) 持续气道正压+压力支持。

2.7 PC-BIPAP 双水平正压通气

★2.8 可升级如下高级功能中的一种:NAVA 或 Autoflow 功能(非 PRVC 模式，可叠加在所有的容控模式下，准许病人自主呼吸）或 INTELLiVENT-ASV。（升级另外收费，不在此项目报价中）

3、参数设置要求：

3.1 潮气量：50-2000ml。

3.2 吸气流量：0-180L/min。

3.3 吸气压力：1-90cmH_2O。

3.4 吸气时间：可调。

3.5 吸呼比：1:150-150:1。

3.6 呼吸频率：4-80 次/min。

3.7 PEEP/CPAP:0-35cmH2O。

3.8 吸入气氧浓度：21-100%。

3.9 触发方式：流量触发。

3.10 压力支持：0-50cmH2O。

3.11 压力上升时间：可调。

3.12 外置式热丝式流量传感器，无需工具，徒手可拆卸，方便消毒。

4、监测功能要求：

4.1 屏幕≥12 英寸彩色触摸屏幕,可显示压力-容量环,流量-容量环,流量-压力环。

4.2 全中文菜单，可显示压力-时间曲线，流速-时间曲线，容量-时间曲线。

4.3 输出氧气浓度、吸气峰压、平台压力、平均气道压、吸入分钟通气量、呼出每分钟通气量、自主呼出每分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率。

5、报警功能要求：

5.1 分级报警，提示报警信息。

5.2 报警事件记录。

5.3 气道压力高、低报警。

5.4 呼出潮气量过高过低报警。

5.5 呼吸频率过高报警。

5.6 分钟通气量高、低报警。

5.7 窒息报警，吸气氧浓度（高/低）报警，管道脱落、泄露报警，机械故障报警。

6、其他功能要求：

6.1 自检功能：开机自检、全面检查。

6.2 污染管路可拆卸消毒。

6.3 智能吸痰断开功能。

6.4 具有吸气保持功能。

6.5 具有漏气补偿功能。

6.6 具有后续升级功能。

6.7 配备≥24 小时趋势存储。

7、主要配置要求：

7.1 后备电池：工作时间≥45 分钟。

7.2 湿化装置：配成人湿化水罐一套。

7.3 回路：全硅胶呼吸管路 2 套。

7.4 提供模肺≥1 个。

7.5 标配原装台车一辆。

7.6 流量传感器≥5 个。

7.7 呼出阀≥2 个

更正日期：2021 年 01 月 08 日

三、其他补充事宜

1.为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本项目实施全流程电子化交易，响应文件实施网上远程解密，供应商无需前往谈判现场。

2.疫情期间，各市场主体均应当按照《安徽合肥公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（官网链接:http://ggzy.hefei.gov.cn/ptdt/001003/20200224/788cc287-e9f2-44de-b9e6-85baf0fb4c36.html）开展公共资源交易活动，谢谢理解、支持。

3.此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：合肥市妇幼保健院

地　　址：合肥市庐阳区益民街 15 号

联系方式：0551-62160018

2.采购代理机构信息

名　　称：合肥市政府采购中心

地　　址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系方式：0551-66223922

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　话：0551-66223923