一、项目基本情况

项目编号：2021BFFHZ02816

项目名称：合肥市妇幼保健院液相色谱串联质谱仪等一批设备采购

首次公告日期：2022 年 1 月 6 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☑采购文件 ☐采购结果

更正内容：

无

更正日期：2022 年 1 月 18 日

三、其他补充事宜

1、关于申请人的资格要求第 3 条的疑问。

答：液相色谱串联质谱仪虽然广泛应用于众多领域，但是根据国家相关法律规定，在临床诊断领域，用于临床体外诊断所需要的医疗器械必须具备医疗器械注册证，故本项目申请人的资格要求“具有医疗器械生产或医疗器械经营资格”未违反相关法律规定。

2、关于投标人须知中37.7解释权的疑问。

答：采购人是本部门、本单位政府采购预算编制和执行主体，具有相应的解释权。

3、关于“★”号条款的疑问。

答：本项目“★”号条款为产品关键性技术指标，且经采购人市场调研，AB Sciex ，Waters，Shimadzu等品牌的液相色谱串联质谱仪均可以满足“★”号条款的要求；蔡司、尼康、奥林巴斯等品牌的生物显微镜均可以满足“★”号条款的要求；广州蓝勃、深圳新迪、安塞斯等品牌的包埋盒打号机、玻片打号机均可以满足“★”号条款的要求，“★”号条款的技术参数要求不具有限制性。

4、关于电子交易系统的疑问。

答:本项目使用的网络系统平台是依据相关技术规范建立的信息化操作平台。

5、关于符合性审查表的疑问。

答:符合性审查表是评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件按要求进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未违反财政部87号令第五十条的规定。

6、采购需求中液相色谱串联质谱仪的第★1.2.1.1条“离子源（ESI/APCI）加热温度达到600℃以上，以保证良好的抗污染性能”及第★1.2.4.2条“灵敏度：ESI(+)，1pg利血平，过柱检测，MRM离子对为m/z609＞195，信噪比S/N＞500,000:1，CV＜5%”，请问是否予以修改？

答：**不予修改。**第★1.2.1.1条及第★1.2.4.2条技术参数为产品关键性技术指标，且经采购人市场调研，AB Sciex ，Waters，Shimadzu等

品牌的液相色谱串联质谱仪均可以满足这两条技术参数的要求，不具有限制性。

注：1.为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

2.疫情期间，各市场主体均应当按照《安徽合肥公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》开展公共资源交易活动，谢谢理解、支持。

3.此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：合肥市妇幼保健院

地　　址：合肥市蜀山区长江西路

联系方式：0551-62160018

2.采购代理机构信息

名　　称：合肥市政府采购中心

地　　址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系方式：0551-66223922

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　话：0551-66223923